

Техническое задание

Офтальмоскоп галогенный, коаксиальный, с пылезащитной оптикой и аккумуляторной рукояткой на Li-Ion аккумуляторах, с настольным зарядным устройством.

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию	Примечание
	Офтальмоскоп галогенный, коаксиальный, с пылезащитной оптикой и аккумуляторной рукояткой на Li-Ion аккумуляторах, с настольным зарядным устройством.	Шт.1		
	Головка офтальмоскопа 11720	Наличие		
	Перезаряжаемая рукоятка 71902 с настольным зарядным устройством	Наличие		
	Галогенная лампочка в головке	Наличие		
	Запасная галогенная лампочка 04900 - 2 шт.	Наличие		
1.	Апертуры			
	маленький круг или полукруг	Наличие		
	Большой круг	Наличие		
	Градуированное перекрестье	Наличие		
	Светящаяся щель	Наличие		
	Корректирующие линзы	От 40 Dдо - 25D		
	Индикатор коррекции	Наличие		
	Защита от пыли	Наличие		
2.	Фильтр			
	Фильтр без красного спектра	Наличие		
	Поляризационный фильтр	Наличие		
	Кобальтовый фильтр	Наличие		
3.	Гарантийные обязательства			
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
4.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		