

Техническое задание

Тонометр автоматический бесконтактный АТ - 555

№ п.п.	ПАРАМЕТР	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Тонометр автоматический бесконтактный для измерения внутриглазного давления	1 шт.		
1.	Общие требования:			
	Измерительный диапазон	0 ÷ 60 мм рт. ст.		
	Единица измерения	мм рт. ст.		
	В монитор	ч/б 5-дюймовый		
	Принтер	Встроенный термопринтер 57 мм		
	Внутренняя стационарная лампа	Автоматическая фиксация взгляда пациентом. Зеленый светодиод в перекрестье красных светодиодов		
	Лицевой установ	Лобный упор пациента		
	Способ измерения	Воздушный выстрел		
	Режим работы	Ручной, автоматический		
	Детектор неудачного измерения	Наличие		
	Режим демонстрационного воздушного выстрела	Наличие		
	Интерфейс	RS 232		
	Напряжение питания, ток, Частота	220В/05А, 50 Гц.		
	Соответствие показаний прибора экспертным результатам, измеренным по методу Гольдмана	Наличие		
2.	Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства			
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба	Наличие		
3.	Документы			
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ	Наличие		
	Сертификат соответствия	Наличие		