

Техническое задание

Офтальмоскоп ручной зеркальный

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию	Примечание
	<p>НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ</p> <p>Комплект офтальмологический ручной зеркальный ОРЗ-01 предназначен для исследования глазного дна и объективного определения рефракции глаза методом скиаскопии.</p>	Шт.1		
1.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	Фокусное расстояние вогнутого зеркала офтальмоскопа	170 мм.		
	Световой диаметр зеркала не менее	42,5 мм.		
	Диаметр отверстия в диафрагмах офтальмоскопов	3.0 – 4,0 мм		
	Оптическая сила двух луп	13 дптр и 20 дптр (увеличение 3,25 крат и 5 крат)		
	Диаметр посадочного гнезда линзодержателя	38 мм.		
2.	Габаритные размеры:			
	Офтальмоскопа	133x55x10 мм		
	Луп	65x41x8 мм		
	Комплекта в футляре	180x95x35 мм		
3.	Масса не более			
	Офтальмоскоп	25 г.		
	Лупы	12 г.		
	Комплекта в футляре/без футляра	140 / 100 г.		
4.	Комплектность			
	Офтальмоскоп с плоским зеркалом	1 шт.		
	Офтальмоскоп с вогнутым зеркалом	1 шт.		
	Лупа 13дптр	1 шт.		
	Лупа 20дптр	1 шт.		
	Диафрагма щелевая5/40мм	1 шт.		

	Футляр	1 шт.		
	Паспорт	1 экз.		
5.	Гарантийные обязательства			
	Гарантийный период	12 месяцев		
	Наличие сервисной службы	г. Москва		
6.	Документы			
	Сертификат соответствия	Наличие		
	Регистрационное удостоверение РЗН	Наличие		