

Техническое задание **Электростимулятор офтальмологический ЭСОМ**

№ п.п	Параметр	Требование технического задания	Соответствие требованию (да/нет)	Примечание
	Электростимулятор офтальмологический	1 шт.		
1.	Основные параметры			
	Количество каналов	2		
	Канал стимуляции	OD и OS (левого или правого глаза)		
	Форма импульсов	прямоугольные отрицательной полярности и биполярные		
	F1 Длительность импульса, мс	(1 -255)±1		
	F2 Частота следования импульсов. Гц	(1-75) ±1		
	F3 Количество импульсов в пачке	1-255		
	F4 Длительность интервала между пачками,	(0.1-255) ±0.1		
	F5 Количество пачек	1-255		
	F6 Длительность интервала между сериями,	(1 -255) ±1		
	F7 Количество серии	1-256		
	FS «Амплитуда импульса». мкА.	0-999		
	Потребляемая мощность. В А	не более 5		
	Электропитание. сеть	50Гц 220В		
	Время установления рабочего режима, мин	10		
	Режим работы, часов в сутки	16		
	Габаритные размеры, мм.	250х205х60		
	Масса изделия, кг, не более	нетто 1.0 / брутто 1.3		
2.	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства			
	Обучение персонала на месте	Наличие		
	Гарантийный период на систему	12 месяцев		
	Сервисная служба, Лицензия на сервис и производство МИ	Наличие		
3.	Документы			
	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие		
	Инструкция по эксплуатации	Наличие		
	Технический паспорт	Наличие		