

Техническое задание на экзофтальмометр ЭКЗО-1

№ п.п.	Технические характеристики	Параметры	Примечание
1	Офтальмологический инструмент для измерения степени экзофтальма (патологического выпячивания глазного яблока). Он может иметь форму линейки, циркуля или другого измерителя. Это изделие многоразового использования.	Соответствие	
2	Диапазон измерения выпячивания глазного яблока, не менее, мм	0 – 35	
3	Диапазон измерения расстояния между наружными углами глазниц, не менее, мм	73 – 127	
4	Вес, не более, г.	200	
5	Длина, не более, мм	230	
6	Габаритные размеры упаковки медицинского изделия (Д*Ш*В), не более, мм	260*110*60	
7	Регистрационное удостоверение Росздравнадзора	Наличие	
8	Руководство пользователя на русском языке	Наличие	
9	Год выпуска, не ранее, г.	2024	