

Техническое задание рабочее место офтальмолога VS-2000

	Описание требований	Значение параметра ТЗ	Наличие функции или величина параметра
	Код КТРУ	32.50.30.110-00000079	
	стол-слайдер для двух приборов с вращающейся столешницей;	Наличие	
	кресло с электрической регулировкой высоты	Наличие	
	откидывающимися подлокотниками и откидывающейся спинкой	Наличие	
	регулируемый по высоте подголовник	Наличие	
	верхняя осветительная лампа с плавной регулировкой	Наличие	
	кронштейн для проектора знаков	Наличие	
	кронштейн для крепления фороптера.	Наличие	
	Технические характеристики		
	Угол подъема-опускания кронштейна под фороптер	±30°	
	Размер столешницы	830 мм x 405 мм	
	Угол поворота столешницы	90°	
	Угол откидывания спинки кресла	±60°	
	Диапазон перемещения кресла	500-700 мм	
	Возможная нагрузка на кресло	300 кг	
	Высота подъема подголовника	±150 мм	
	Цвет	Бежевый или черный	
	Напряжение питания	110В/220В 50Гц-60Гц	
	Мощность источника питания	140Вт 220В	
	Мощность осветителя	15Вт 110В/220В	
	Рабочая температура, град	-30 +50	
	Влажность	Менее 90 %	
	Габаритные размеры, мм	1400 x 1000 x 1990	
	Вес	176 кг	
	Прочие требования:		
	Доставка, монтаж и обучение работе с прибором осуществляется Поставщиком	Наличие	
	Гарантийное обслуживание	Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие	

	Регистрационное удостоверение	Наличие	
--	-------------------------------	---------	--