

СТОЛ для ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ, С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ СТЭП-03 (исп.3), Россия



Особенности столика

- Оригинальная четырехколесная опора с тормозами на каждом колесе.
- Конструкция позволяет легко усаживать пациента за столик без «спотыкания» его через поперечину опоры столика.
- Управление подъемом и опусканием стола осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных под столешницей.
- Колонна подъемного механизма НТА2, DeMinG Linea Driver, КНР, материал колонны - дюралюминий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией
медицинских изделий - 171720**

| Наименование параметров | СТЭП-03 (исп.3) |
|---|---|
| Напряжение питания, В | 130–250В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Компьютерная розетка для питания устанавливаемых приборов, Кол-во, шт/мощность каждой, Вт | 1/600 |
| Допустимы вес устанавливаемых приборов, кг | 90 |
| Грузоподъемность, кг. | 110 |
| Минимальная высота стола, мм | 620 ±3% |
| Максимальная высота стола, мм | 920 ±3% |
| Амплитуда хода, мм | 300 ±3% |
| Скорость изменения высоты стола, мм/сек | 22 ± 4 |
| Размер столешницы, мм, (± 5) мм | Прямоугольная 450x900 |
| Габаритные размеры стола в транспортной упаковке, мм | Два места 500x950x100 660x450x260 |
| Масса стола без транспортной упаковки, кг | 22± 5% |
| Масса стола в транспортной упаковке, кг | 26 ± 5% |
| Габаритные размеры (максимально) в собранном виде, мм ВxДxШ (± 5) мм | 920x900x450 |

СТОЛ для ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПИТАНИЕМ ОТ СЕТИ СТЭП-03 (исп.4), Россия

| | |
|--|--|
|  | <h3 style="text-align: center; margin: 0;">Особенности столика</h3> <ul style="list-style-type: none"> • Оригинальная четырехколесная опора с тормозами на каждом колесе. • Конструкция позволяет легко усаживать пациента за столик без «спотыкания» его через поперечину опоры столика. • Управление подъемом и опусканием стола осуществляется с помощью двух кнопок, расположенных под столешницей. • Колонна подъемного механизма НТА2, DeMinG Linea Driver, КНР, материал колонны - дюралюминий. |
|--|--|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий - 171720

| Наименование параметров | СТЭП-03 (исп.4) |
|--|--|
| Напряжение питания, В | 130–250В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Компьютерная розетка для питания устанавливаемых приборов, Кол-во, шт/мощность каждой, Вт | 1/600 |
| Допустимы вес устанавливаемых приборов, кг | 90 |
| Грузоподъемность, кг. | 110 |
| Минимальная высота стола, мм | 620 ±3% |
| Максимальная высота стола, мм | 920 ±3% |
| Амплитуда хода, мм | 300 ±3% |
| Скорость изменения высоты стола, мм/сек | 22 ± 4 |
| Размер столешницы, мм, (± 5) мм | Прямоугольная 500x1000 |
| Габаритные размеры стола в транспортной упаковке, мм | Два места 550x1050x100 660x450x260 |
| Масса стола без транспортной упаковки, кг | 23± 5% |
| Масса стола в транспортной упаковке, кг | 27± 5% |
| Габаритные размеры (максимально) в собранном виде, мм ВxДxШ (± 5) мм | 920x1000x500 |